

Konstanzprüfung Nulleffekt, Ansprechvermögen
arbeitstäglich

 OP Sonde: **Typ** Standort: **Ort**

 Bezugswert Nulleffekt: **123** Impulse vom 01.01.2021
 Bezugswert Ansprechv.: **567** Impulse vom 01.01.2021 mit Strahler: Name Nuklid: **Co-57**
 HWZ (a): 0,744

Datum	Nulleffekt (Impulse)		Aktuelle Grenzen Ansprechvermögen				Gemessenes Ansprechvermögen (Impulse)	KP OK?	Unterschrift	Bemerkung
	BW	123	(Impulse)							
	RS 20% max	TG 50% max	Reaktionsschwelle 10%	Toleranzgrenze 15%						
Jan. 2021	148	185								
Fr 1			510	624	482	652				
Sa 2			509	622	481	650				
So 3			508	621	479	649				
Mo 4			506	619	478	647				
Di 5			505	617	477	645				
Mi 6			504	616	476	644				
Do 7			503	614	475	642				
Fr 8			501	613	473	641				
Sa 9			500	611	472	639				
So 10			499	610	471	637				
Mo 11			497	608	470	636				
Di 12			496	606	469	634				
Mi 13			495	605	467	632				
Do 14			494	603	466	631				
Fr 15			492	602	465	629				
Sa 16			491	600	464	628				
So 17			490	599	463	626				
Mo 18			489	597	461	624				
Di 19			487	596	460	623				
Mi 20			486	594	459	621				
Do 21			485	593	458	620				
Fr 22			484	591	457	618				
Sa 23			482	590	456	616				
So 24			481	588	454	615				
Mo 25			480	587	453	613				
Di 26			479	585	452	612				
Mi 27			478	584	451	610				
Do 28			476	582	450	609				
Fr 29			475	581	449	607				
Sa 30			474	579	448	606				
So 31			473	578	446	604				

Hinweis: Bei Überschreiten der Reaktionsschwelle (RS) ist die Prüfung zu wiederholen. Liegt diese weiterhin außerhalb der RS, kann das Gerät benutzt werden, es ist jedoch der Strahlenschutzbeauftragte zu informieren! Bei Überschreiten der Toleranzgrenze (TG) ist die Messung zu wiederholen. Liegt diese weiterhin außerhalb der TG, ist das Gerät nicht am Patienten zu verwenden! Ausnahmen hiervon sind nur nach zwingend erfolgter Rücksprache mit dem Strahlenschutzbeauftragten möglich.